



ELANEE®

Gebrauchsanweisung ELANEE Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv

DE	Beckenboden-Trainingshilfe Phase I aktiv – Gebrauchsanweisung.....	2
EN	Pelvic Floor Training Aids Phase I active – Instructions for Use.....	10
FR	Accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif – Notice d'utilisation.....	18
IT	Ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva – Istruzioni per l'uso.....	26
NL	Bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief – Gebruiksaanwijzing.....	35
ES	Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa – Instrucciones de uso	43
RU	Конусы для укрепления мышц тазового дна Фаза I активная – Инструкция по применен.....	52

LOT  siehe Verpackung / see packaging / voir l'emballage
/ vedere imballaggi / zie verpakking / Véase el embalaje



GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH
Münchener Str. 21
DE-85123 Karlskron
post@elanee.de | www.elanee.de



GA-045-06

Version: 2025-07-15

DE Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv – Gebrauchsanweisung

Liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für unsere ELANEE Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv entschieden haben! Diese Gebrauchsanweisung soll Ihnen helfen das Produkt möglichst optimal einzusetzen. Bitte lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung – insbesondere die Anwendung und Sicherheitshinweise – vor dem ersten Gebrauch genau durch.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Ihr ELANEE-Team

 Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!

Hergestellt in Deutschland

1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für das folgende Produkt:

REF 701-00 ELANEE Beckenboden-Trainingshilfen
Phase I aktiv

2. Produktinhalt

Die Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv sind ein Set aus vier tamponförmigen Konen mit jeweils unterschiedlicher Farbe und Gewicht:

Farbe	gelb	blau	grün	violett
Gewicht	20g	28g	52g	71g

Zudem sind eine Gebrauchsanweisung und ein Übungsheft beigelegt.

3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv sind ein Set aus vier gleich großen tamponförmigen Konen mit unterschiedlichem Gewicht zur vorübergehenden Anwendung in der Scheide. Das Training dient der Vorbeugung, Abschwächung (Linderung) oder Behebung (Behandlung) von Belastungsinkontinenz, verursacht durch eine geschwächte Beckenbodenmuskulatur.

Das Training ist geeignet für Frauen

- während der Schwangerschaft und nach der Geburt zur Vorbeugung einer Beckenbodenschwäche und zur Unterstützung der Regeneration und/oder
- zur Vorbeugung, zur Abschwächung und zum Beheben von Blasenschwäche aufgrund einer Belastungs-/Stressinkontinenz, insbesondere in den Wechseljahren und der Menopause.

Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt. Für andere als die genannten Anwendungszwecke sind die Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv nicht geeignet.

4. Anwendungsbereiche

- **Während einer unproblematischen Schwangerschaft** kann ein Training mit Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv den Beckenboden kräftigen und eventuellen Folgebeschwerden vorgebeugt werden.
- **Nach der Geburt können Sie, sobald der Muttermund**

geschlossen ist (etwa nach 6-wöchiger Wochenbettzeit), wieder mit dem Training beginnen. Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Ihre Hebamme.

- **Bei fehlgeschlagenem nicht invasiven Beckenbodentraining** aufgrund fehlender Wahrnehmungsfähigkeit der Beckenbodenmuskulatur, kann ein Training mit den Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv den erwünschten Erfolg bringen.
- **Zur Behandlung einer aus einer Beckenbodenschwäche resultierenden Blasenschwäche (Belastungs-/Stressinkontinenz)** ist ein Beckenbodentraining mit den Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv ebenfalls geeignet. Allerdings kann Blasenschwäche verschiedene Ursachen haben. Andere Ursachen für die bestehende Blasenschwäche sollten daher im Vorfeld durch Ihren Arzt und/oder Ihre Hebamme ausgeschlossen werden.

5. Funktionsweise

Der Beckenboden ist eine etwa handtellergroße, flache, elastische Muskelplatte zwischen Schambein, Steißbein und den Sitzbeinhöckern. Er stützt die inneren Organe im Bauchraum. Der Beckenboden wird durchbrochen von Harnröhre, Scheide und After. Durch Schwangerschaft und Geburt, Hormonumstellung/-mangel in den Wechseljahren bzw. der Menopause, durch schwere körperliche Belastung oder Übergewicht kann es zu einer Überdehnung bzw. Schwächung des Beckenbodens kommen. Die Folgen können Blasenschwäche (Belastungs-/Stressinkontinenz) oder eine Fehllage der Organe im Bauchraum sein. Der Beckenboden kann jedoch, wie jeder Muskel, durch Training gekräftigt werden. Ein kräf-

tiger Beckenboden kann sich darüber hinaus positiv auf das sexuelle Lustempfinden auswirken.

Die Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv bestehen aus einem Set von vier unterschiedlichen Gewichten, die ein aktives Beckenbodentraining gemäß dem Biofeedback-Prinzip ermöglichen. Dem Biofeedback-Prinzip liegt die Tatsache zu Grunde, dass die Kone durch das Eigengewicht aus der Scheide herausgleitet. Die Beckenbodenmuskulatur reagiert darauf aktiv, indem sie sich spontan und selbstständig immer wieder zusammenzieht, um das Gewicht zu halten. Diese wiederholten aktiven Kontraktionen sorgen für den Muskelaufbau – genauso wie das Muskeltraining mit Hanteln.

Durch vier verschiedene Gewichte ermöglicht das Set eine Steigerung der aktiven Trainingsintensität. Kann die Muskulatur eine Kone problemlos halten, wird das Trainingsgewicht erhöht. So kann vom leichtesten bis zum schwersten Gewicht eine enorme Steigerung der Muskelstärke erzielt werden. Ein aktives Training mit den Beckenboden-Trainingshilfen ist für Frauen jeden Alters sinnvoll. Es dient während der Schwangerschaft und nach der Geburt zur Vorbeugung einer Beckenbodenschwäche und zur Unterstützung der Regeneration. Zudem ist es zur Abschwächung, zum Beheben und zur Vorbeugung von Blasenschwäche (aufgrund einer Belastungs-/Stressinkontinenz) bei Frauen, insbesondere in den Wechseljahren und der Menopause, geeignet.

6. Anwendung

- 1. Waschen** Sie die Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv vor dem Erstgebrauch gründlich ab und achten

Sie auf saubere Bedingungen (z. B. Hände waschen).

2. **Testen** Sie mit welchem Konus Sie das Training beginnen: Dazu nehmen Sie die **gelbe (leichteste) Kone** und führen diese langsam, vollständig und etwa 3-4 cm tief in die Scheide ein, wie Sie normalerweise einen Tampon einführen.
 - Falls Sie die gelbe Kone 10 Minuten im Stehen und Gehen halten können, können Sie den nächst schwereren Konus (blau) verwenden.
 - Falls Sie auch den blauen Konus 10 Minuten halten können, nehmen Sie das nächste Gewicht usw.
3. **Das Training** mit den Konen absolvieren Sie bereits durch das bloße Steigern der Tragedauer bis Sie den gerade verwendeten Konus **zweimal täglich über 10 Minuten** im Stehen und Gehen mehrere Tage hintereinander halten können. Steigern Sie nun Ihre Wahrnehmung für Ihre Beckenbodenmuskulatur bewusst, indem Sie Ihre Muskulatur im Wechsel aktiv zusammenziehen und entspannen, um den Konus herausgleiten zu lassen und wieder einziehen zu können. Zusätzlich finden Sie im beiliegendem Übungsheft weitere Übungen zum Beckenbodentraining mit unseren Konen. Danach können Sie mit dem nächst schwereren Konus weiter trainieren (erst blau, dann grün und zum Schluss violett).
4. **Nach wenigen Wochen** täglichem Training mit den Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv haben Sie gelernt, Ihre Beckenbodenmuskulatur ohne Anwendung der Konen wahrzunehmen und zu trainieren.

Dabei ist ein gelegentliches Üben mit Hilfe der Konen jedoch weiterhin empfehlenswert (maximal jedoch bis zu 10 Wochen).

Tipp: Die Verwendung von medizinischem Gleitgel ist beim Training mit den Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv insbesondere bei trockener Scheide hilfreich.

7. Sicherheitshinweise

- ⚠️ Reinigen Sie Ihre Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv vor dem Erstgebrauch sowie nach jeder Anwendung gründlich und achten Sie auf saubere Bedingungen (z.B. Hände waschen).
- ⚠️ Bitte prüfen Sie Ihre Trainingshilfen vor jeder Anwendung. Verwenden Sie nur einwandfreie Konen. Eine Trainingshilfe mit zerkratzter oder beschädigter Oberfläche kann zu Verletzungen führen.
- ⚠️ Bei vaginalen Infektionen, Entzündungen, Verletzungen oder schmerzhaften Beschwerden im Intimbereich sowie während der Menstruation und bei einer Problemschwangerschaft sollte von der Anwendung der Beckenboden-Trainingshilfen abgesehen werden.
- ⚠️ Bei anderen Beschwerden (wie z.B. einer Senkung der Beckenorgane) sollten Sie im Vorfeld eine andere Ursache als eine Beckenbodenschwäche durch einen Arzt ausschließen lassen, bevor Sie mit dem Training beginnen.
- ⚠️ Bei bekannter Überempfindlichkeit und Allergien auf einen der genannten Inhaltsstoffe sollte von der Anwendung abgesehen werden bzw. nur in Absprache mit einem Arzt erfolgen.

- ⚠ Das Tragen von Portiokappen, Verhütungsring, Diaphragma oder Intrauterinpessar während des Trainings ist möglich. Die korrekte Positionierung muss allerdings vor und nach jedem Training überprüft werden (im Zweifel nur in Absprache mit einem Arzt).
- ⚠ Die Konen dürfen nicht während des Röntgens, einer Computertomographie (CT) oder einer Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) getragen werden.
- ⚠ Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
- ⚠ Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.
- ⚠ Die Reinigung mittels Dampf-, Trockensterilisation oder Auskochen ist nicht geeignet, da es zu einer Verformung des Materials kommen kann.
- ⚠ Führen Sie die Kone vorsichtig ein. Ein unsachgemäßer Umgang mit der Kone kann zu einer Verletzung des Hymens oder der Vaginalschleimhaut führen.
- ⚠ Das Training sollte aus maximal zwei 10-minütigen Einheiten pro Tag bestehen und darf nicht länger als 10 Wochen am Stück durchgeführt werden. Nach Ablauf der 10 Wochen ist eine Trainingspause einzulegen, in der Sie versuchen, den Beckenboden ohne Hilfsmittel eigenständig wahrzunehmen und die Fortschritte Ihres Trainings bewusst zu spüren.

8. Aufbewahrung, Haltbarkeit, Lagerung und Transport

Für die Aufbewahrung, Lagerung und den Transport sind keine Besonderheiten zu beachten.

Die Trainingshilfen sollten bei einem normalen Gebrauch nach 5 Jahren ersetzt werden.

9. Reinigungs- und Entsorgungshinweise

Reinigen Sie die Trainingshilfen nach jeder Anwendung mit warmem Wasser und Seife oder desinfizieren Sie die Kone mit einem handelsüblichen Hautdesinfektionsmittel.

Vor der erneuten Verwendung der Trainingshilfen sollten eventuell vorhandene Reste von Seife oder Desinfektionsmittel gründlich mit Wasser abgespült werden.

Die Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv können im handelsüblichen Hausmüll entsorgt werden.

Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recycling-System zuführen.

Bitte beachten Sie dabei die lokalen und regionalen Entsorgungsrichtlinien.

10. Materialzusammensetzung

Die Beckenboden-Trainingshilfen Phase I aktiv bestehen aus:

- einem mit Polypropylen ummantelten Aluminium- oder Stahlkern und
- einem Polyamidgarn überzogenen mit Polyurethan

11. Erläuterungen der verwendeten Symbole

	Hersteller		Achtung!
	Chargenbezeichnung		Katalognummer
	Herstellungsdatum		Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten!		

EN Pelvic Floor Training Aids Phase I active – Instructions for use

Dear Customer,

thank you for choosing our Pelvic Floor Training Aids Phase I active. The Instructions for Use should help you to get the best use out of your product. Please read the instruction manual carefully – particularly the usage and safety instructions – before using this product for the first time.

We will be glad to answer any questions and to receive any suggestions you might have

Your ELANEE-Team

 Please follow the instructions and retain the instruction sheet and the packaging!

Made in Germany

1. Field of application

These instructions for use apply to the following product:

REF 701-00 ELANEE Pelvic Floor Training Aids Phase I active

2. Product content

Pelvic Floor Training Aids Phase I active consist of a set of four tampon-shaped cones with a different colour and weight in each case:

Colour	yellow	blue	green	violet
Weight	20g	28g	52g	71g

In addition, Instructions for Use and an exercise booklet are enclosed.

3. Purpose and intended use

Phase I active pelvic floor training aids are a set of four equal-sized tampon-shaped cones with different weights to be used in the vagina for short periods of time.

The training is for the prevention, reduction (alleviation) or correction (treatment) of stress incontinence, caused by weak muscles in the pelvic floor.

The training is suitable for women

- during pregnancy and after giving birth to prevent pelvic floor weakness and to support regeneration and/or
- to prevent, reduce or correct bladder weakness due to stress incontinence, in particular during pre-menopause or the menopause.

The product is only intended for private home use. The Phase I active pelvic floor training aids are not suitable for any purposes other than the listed intended ones.

4. Areas of application

- **During an unproblematic pregnancy** the training with Pelvic Floor Training Aids Phase I active can strengthen the pelvic floor and prevent potential subsequent problems.
- **After giving birth you can resume the training as soon as the cervix is closed (after about 6 week postpartum period).** If in doubt, ask your doctor or midwife.
- Training with Pelvic Floor Training Aids Phase I active can bring about the desired success in cases of **ineffective non-invasive pelvic floor training** caused by not being able to feel the pelvic floor muscles.
- **The Pelvic Floor Training Aids Phase I active are also suitable for the treatment of weaknesses of the pelvic floor resulting from a weak bladder (load/stress incontinence).** However, bladder problems have various causes. Other causes of the existing urinary incontinence should be ruled out by your doctor and/or midwife in advance.

5. Functionality

The pelvic floor is a flat, elastic muscle plate which is approximately palm-sized located between the pubic bone, coccyx and the buttock. It supports the internal organs in the abdominal cavity. The urethra, vagina and anus pass through the pelvic. Pregnancy and childbirth, hormonal changes/deficiency during the climacteric

period or menopause, heavy physical exertion or being overweight can lead to over-stretching or weakening of the pelvic floor. The consequences can be urinary incontinence (load/ stress incontinence) or an incorrect position of the organs in the abdomen. However, the pelvic floor can be strengthened through exercise, just like any other muscle. A strong pelvic floor can also have a positive impact on sexual pleasure.

The Phase I active pelvic floor training aids consist of a set of four different weights, which enable active pelvic floor training in accordance with the biofeedback principle.

Underlying the biofeedback principle is the fact that the cones will slide out of the vagina due to their own weight. The muscles of the pelvic floor react actively to this, by spontaneously and automatically contracting even tighter, in order to hold the weight. These repeated active contractions ensure muscle development – just like when muscle training with barbells.

Four different weights in the kit enable you to increase active exercise intensity. The training weight is increased if the muscles can hold a cone with ease. In this way a huge increase can be achieved from the lightest to the heaviest weight. An active training with pelvic floor training aids makes sense for women of all ages. It is used during pregnancy and after birth to prevent weaknesses of the pelvic floor and facilitate regeneration. In addition, it is ideal for reducing, eliminating and preventing urinary incontinence (due to load/stress incontinence) in women, particularly during the climacteric period and menopause.

6. Usage

1. Thoroughly **wash** the Pelvic Floor Training Aids prior to initial usage and ensure clean conditions (e.g. wash hands).
2. **Test** to see which cone you will use to start your workout: To do this, take the **yellow (lightest) cone** and insert it slowly, completely and deeply about 3-4 cm into the vagina as you would normally insert a tampon.
 - If you can hold the yellow cone for 10 minutes while standing and walking, you can use the next heaviest cone (blue).
 - If you can also hold the blue cone for 10 minutes, take the next weight, etc.
3. You complete the training with the cones by merely increasing the carrying time until the cone being used can be held **twice daily for over 10 minutes** while standing and walking, for several days in succession. Now consciously increase your feeling of your pelvic muscles by actively contracting and relaxing your muscles in alternation in order to let the cone slide out and draw in again.
4. **After a few weeks** of daily training with the Pelvic Floor Training Aids Phase I active you will have learnt to feel the pelvic floor muscles without the use of cones. However, occasional practice with the help of the cones is still recommended (up to a maximum of 10 weeks).

Tip: The use of medical lubricating gel can be helpful when training with the Phase I active pelvic floor training aids, in particular if your vagina is dry.

7. Safety Instructions

-  Thoroughly clean the Pelvic Floor Training Aids Phase I activeboth prior to initial usage and after every application and ensure clean conditions (e.g. wash hands).
-  Please check your training aids before each use. Only use cones which are in perfect condition. A training aid with a scratched or damaged surface could cause injuries.
-  In cases of vaginal infections, inflammations, injury or painful complaints in the genital area and during menstruation or a problematic pregnancy, you should avoid using the Pelvic Floor Training Aids.
-  When other complaints (such as a dropping of the pelvic organs) exist, you should have other causes than a weakness of the pelvic floor ruled out in advance by a doctor before you start with the training.
-  In cases of a known hypersensitivity and allergies to one of the named ingredients, you should not use the aids or only use them after consultation with a doctor.
-  The wearing of cervical caps, contraceptive rings, diaphragms or intrauterine devices during training are possible. However, you must check the correct positioning before and after each training session (if in doubt only use after consultation with a doctor).
-  You must not use the cones during X-rays, a CT scan (computer tomography) or an MRI scan (magnetic resonance imaging).

-  If the symptoms persist or worsen, please seek advice from a doctor.
-  All serious incidents occurring in connection with this product must be reported to the manufacturer and the responsible authorities in the user's country of residence.
-  Do not use steam sterilisation, dry heat sterilisation or boiling to clean the aids as this can lead to distortion of the material.
-  Insert the cone carefully. Improper handling of the cone can lead to injury to the hymen or vaginal mucosa.
-  The training should consist of a maximum of two 10-minute sessions per day and should not be carried out for more than 10 weeks at a time. At the end of the 10 weeks, take a break from training and try to be aware of your pelvic floor independently without aids and consciously feel the progress of your training.

8. Safekeeping, service life, storage and transport

There are no special instructions for keeping, storing and transporting the aids. With normal usage, the training aids should be replaced after 5 years.

9. Cleaning and disposal instructions

Clean the training aids after each use with warm water and soap or disinfect the cone with a commercially available skin disinfectant.

Before being used again, any possible soap residue or disinfectants should be thoroughly rinsed off the training aids with water.

The Pelvic Floor Training Aids Phase I active can be disposed of as standard domestic waste.

Please separate the individual components of the packaging into groups of identical materials and dispose of them in the appropriate recycling system.

When doing this please note the local and regional waste disposal regulations.

10. Material composition

The Pelvic Floor Training Aids Phase I active consist of:

- an aluminium or steel core coated with polypropylene
- a polyamide yarn coated with polyurethane

11. Explanation of symbols used

	Manufacturer		Caution!
	Batch number		Article number
	Date of manufacture		Medical device
	Please refer to instructions		

FR Accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif – Notice d'utilisation

Chère cliente,

Nous vous remercions très sincèrement d'avoir choisi notre Accessoires de rééducation du plancher pelvien ELANEE Niveau I actif ! Le mode d'emploi est destiné à vous aider à faire un usage optimal du produit. Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi – en particulier les « Consignes d'utilisation et de sécurité ». Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions et suggestions !

L'équipe ELANEE

 Veuillez observer et conserver les instructions d'utilisation et l'emballage !

Fabriqué en Allemagne

1. Champ d'application

Ce mode d'emploi s'applique au produit suivant :

REF 701-00 Accessoires de rééducation du plancher pelvien ELANEE Niveau I actif

2. Contenu du produit

Les accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif comprennent quatre cônes en forme de tampon de couleurs et de poids différents :

Couleur	Jaune	Bleu	Vert	Violet
Poids	20g	28g	52g	71g

Par ailleurs, un mode d'emploi et un cahier d'exercices sont joints à la documentation.

3. Destination et utilisation conforme

Le set de rééducation périnéale ELANEE phase I active se compose de quatre cônes différents en forme de tampons de poids divers pour l'insertion temporaire dans le vagin. Cette rééducation sert à la prévention, la réduction (soulagement) ou la correction (traitement) de l'incontinence d'effort causée par l'affaiblissement de la musculature du plancher pelvien.

Cette rééducation convient aux femmes

- pendant la grossesse ou après l'accouchement pour prévenir un affaiblissement du plancher pelvien et soutenir la régénération et/ou
- prévenir, atténuer et résoudre les problèmes de faiblesse vésicale en raison d'incontinence d'effort/de stress, en particulier au cours de la ménopause.

Le produit est destiné uniquement à un usage privé domestique. Le set de rééducation périnéale phase I active ne convient pas à d'autres utilisations.

4. Domaines d'application

- **Lors d'une grossesse non problématique**, l'utilisation des accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif peut renforcer le plancher pelvien et prévenir les problèmes éventuels.
- **Après la naissance, dès la fermeture de l'orifice du col utérin (après environ six semaines post-partum)**, reprendre l'entraînement. En cas de doute, consultez

votre sage-femme ou votre médecin.

- **Si la gymnastique non invasive du plancher pelvien échoue** en raison d'un manque de sensibilité de la musculature du plancher pelvien, l'utilisation des accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif pourrait amener le succès souhaité.
- Les accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif se prêtent également très bien au **traitement de l'incontinence urinaire résultant d'une faiblesse du plancher pelvien (incontinence d'effort/de stress)**. Bien sûr, différentes causes peuvent être à l'origine de l'incontinence urinaire. Votre médecin ou sage-femme devrait d'abord écarter toute autre cause pouvant expliquer l'incontinence urinaire.

5. Mode de fonctionnement

Le plancher pelvien est une plaque musculaire plate, élastique et grosse environ comme la paume de la main située entre le pubis, le coccyx et les ischions. Il supporte les organes internes de l'abdomen. Le plancher pelvien est traversé par l'urètre, le vagin et l'anus. La grossesse, l'accouchement, un changement ou un déficit hormonal pendant ou après la ménopause, les efforts physiques intenses ou le surpoids peuvent entraîner une distension ou un relâchement du plancher pelvien. Les conséquences peuvent en être les fuites urinaires (incontinence d'effort / de stress) ou un déplacement des organes abdominaux. Le plancher pelvien, comme tout autre muscle, peut cependant être renforcé par une gymnastique intensive. Un plancher pelvien fort peut par ailleurs augmenter la sensation du plaisir sexuel.

Le set de rééducation périnéale phase I active se compose de quatre poids différents qui permettent un entraînement actif du périnée grâce au principe de rétroaction biologique. Le principe de rétroaction biologique repose sur le fait que le cône aura tendance à glisser du vagin, entraîné par son propre poids. La musculature du périnée y réagit activement, en se resserrant de façon spontanée et autonome afin de le retenir. Ces contractions actives et répétées stimulent le renforcement musculaire – au même titre que l'entraînement musculaire avec des haltères.

Les quatre poids de la trousse permettent d'accroître l'intensité de l'entraînement actif. Lorsque la musculature arrive à retenir un cône sans problème, il est temps d'augmenter l'intensité de l'exercice. Entre le poids le plus léger et le plus lourd, il est possible d'obtenir un accroissement non négligeable de la force musculaire. La gymnastique active du plancher pelvien avec les accessoires auxiliaires d'ELANEE convient aux femmes de tous âges. Il sert, pendant et après la grossesse, à prévenir la faiblesse du plancher pelvien et favoriser la récupération. Il sert également à atténuer, prévenir et guérir l'incontinence urinaire (due à l'effort/au stress) chez les femmes (particulièrement pendant et après la ménopause).

6. Utilisation

1. **Lavez** à fond les accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif avant d'en faire une première utilisation, puis assurez-vous de les utiliser dans des conditions propres (par ex. se laver les mains).

2. **Vérifiez** avec quel cône vous commencerez l'entraînement : Pour ce faire, prenez **le cône jaune (le plus léger)** et insérez-le lentement et complètement dans le vagin, à environ 3 ou 4 cm de profondeur, tout comme vous le feriez avec un tampon.
 - Si vous êtes en mesure de maintenir le cône jaune en place pendant 10 minutes debout et à la marche, vous pouvez essayer le cône suivant (bleu).
 - Si vous arrivez à garder le cône bleu en place pendant 10 minutes, prenez le poids suivant, et ainsi de suite. Pour mener à bien **l'entraînement**, il suffit d'augmenter la durée durant laquelle les cônes sont portés jusqu'à ce que vous soyez en mesure de maintenir en place le cône utilisé **deux fois par jours pendant au moins 10 minutes** debout et à la marche, et ce pendant plusieurs jours consécutifs. Augmentez la sensibilité de vos muscles du plancher pelvien de façon consciencieuse en les resserrant et relaxant tour à tour de façon à faire glisser le cône en dehors du vagin, puis de le ramener à l'intérieur. Vous pouvez ensuite continuer avec le cône suivant (d'abord le bleu, puis le vert et le finalement le violet).
4. **Après quelques semaines** d'entraînement quotidien avec les accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif, vous aurez appris à percevoir et à entraîner vos muscles du périnée sans avoir à utiliser l'accessoire. Il est cependant recommandé de continuer à vous entraîner de façon occasionnelle avec les cônes (au maximum toutefois jusqu'à 10 semaines).

Conseil : L'utilisation d'un gel lubrifiant médical lors des exercices de rééducation avec le set de rééducation Phase I active est particulièrement recommandée en cas de sécheresse vaginale.

7. Avertissements

-  Lavez à fond les accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif avant d'en faire une première utilisation, puis assurez-vous de les utiliser dans des conditions propres (par ex. se laver les mains).
-  Veuillez vérifier votre set de rééducation avant chaque utilisation. Utilisez uniquement des cônes en bon état. Une surface rayée ou endommagée des composants du set de rééducation peut entraîner des blessures.
-  N'utilisez pas les accessoires auxiliaires à la gymnastique du plancher pelvien en cas d'infections, inflammations, blessures ou douleurs dans les parties intimes, durant les règles ou en cas de problèmes de grossesse.
-  En présence d'autres troubles (par ex. descente d'organes pelviens), demandez à un médecin de confirmer le diagnostic d'un relâchement du plancher pelvien avant de commencer l'entraînement.
-  Il est recommandé d'éviter l'utilisation de ce produit ou d'obtenir l'avis de votre médecin en cas d'hypersensibilité et d'allergie aux composants du matériel énoncé.

- ⚠ Le port du capuchon cervical, de l'anneau contraceptif, du diaphragme ou du stérilet est possible durant l'entraînement. Il importe toutefois d'en vérifier le bon positionnement avant et après chaque séance de gymnastique (en cas de doute, procédez uniquement avec l'approbation d'un médecin).
- ⚠ Les cônes ne peuvent pas être utilisés au cours de séances de radiographie, de tomomodensitométrie (TDM) ou d'imagerie à résonance magnétique (IRM).
- ⚠ En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes, veuillez consulter un médecin.
- ⚠ Tout incident grave associé à l'utilisation du produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays de résidence de l'utilisateur.
- ⚠ Ne nettoyez pas vos accessoires par une stérilisation à la vapeur ou à sec ou en le faisant bouillir, car cela pourrait causer une déformation du matériau.
- ⚠ Insérez le cône avec précaution. Une mauvaise manipulation du cône peut entraîner une lésion de l'hymen ou de la muqueuse vaginale.
- ⚠ L'entraînement doit consister en un maximum de deux séances de 10 minutes par jour et ne doit pas être effectué pendant plus de 10 semaines d'affilée. Une fois les 10 semaines écoulées, il convient de stopper l'entraînement. Cette pause doit permettre de percevoir le plancher pelvien de manière autonome, sans aide, et de ressentir consciemment les progrès de votre entraînement.

8. Rangement, conservation, stockage et transport

Aucune particularité n'est à respecter pour le rangement, le stockage et le transport. Dans le cadre d'une utilisation normale, le set de rééducation doit être remplacé tous les 5 ans.

9. Remarques relatives au nettoyage et à la mise au rebut

Nettoyez l'accessoire de rééducation avec de l'eau chaude et un savon usuel ou désinfectez le cône avec un désinfectant cutané usuel.

Avant toute utilisation de l'accessoire de rééducation, éliminez tout résidu éventuel de savon ou de désinfectant en le rinçant à fond avec de l'eau.

Les accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Veuillez trier les composants individuels de l'emballage et les acheminer au système de recyclage correspondant.

Veuillez observer les directives d'élimination locales et régionales en vigueur.

10. Composition des matériaux

Les accessoires de rééducation du plancher pelvien Niveau I actif sont composés :

- d'un cœur d'aluminium ou d'acier enveloppé dans une couche de polypropylène et
- d'un fil de polyamide recouvert de polyéthylène

11. Explication des symboles utilisés

	Fabricant		Attention !
	Numéro de charge		Numéro d'article
	Date de fabrication		Dispositif médical
	Suivre les instructions du mode d'emploi		

IT Ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva – Istruzioni per l'uso

Gentile Cliente,

Molte grazie per aver scelto il nostro ausili ELANEE per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva! Le istruzioni per l'uso La aiuteranno a utilizzare il prodotto in modo ottimale. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso - in particolare le „indicazioni per l'utilizzo e le avvertenze di sicurezza“.

Siamo a Sua completa disposizione per quesiti e commenti!

Il Suo team ELANEE

 Osservare le istruzioni per l'uso e conservarle insieme alla confezione!

Prodotto in Germania

1. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni valgono per il seguente prodotto:

REF 701-00 Ausili ELANEE per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva

2. Contenuto del prodotto

Gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva è composto da un set di coni a forma di tampone, aventi diversi colori e pesi:

Colore	giallo	blu	verde	viola
Peso	20g	28g	52g	71g

Sono inoltre allegate le istruzioni per l'uso e un libretto di esercizi (D, GB, F).

3. Destinazione d'uso e utilizzo prescritto

Gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva sono un set composto di quattro coni a forma di tampone di misura eguale e di peso diverso per un'applicazione temporanea in vagina. Il training serve a prevenire, mitigare (alleviare) o risolvere (trattare) l'incontinenza urinaria causata dall'indebolimento della muscolatura del pavimento pelvico.

Il training è idoneo alle donne

- in gravidanza e dopo il parto, per prevenire un indebolimento del pavimento pelvico e per aiutarne la rigenerazione e/o
- per prevenire, mitigare e risolvere le perdite di urina dovute a incontinenza da sforzo, detta anche da stress, in

particolare negli anni del climaterio e della menopausa. Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso privato domestico. Gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva non sono idonei a utilizzi diversi da quelli indicati.

4. Ambiti di applicazione

- **Nel corso di una gravidanza non problematica**, l'allenamento con gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva consente di rinforzare il diaframma pelvico e di prevenire eventuali disturbi conseguenti alla gravidanza.
- **Dopo il parto, appena la bocca dell'utero si è chiusa (dopo ca. 6 settimane di riposo)**, si può riprendere l'allenamento. In caso di dubbio, consultare il medico o l'ostetrica.
- **In caso di fallimento dell'allenamento non invasivo del diaframma pelvico** a causa della mancanza di sensibilità della muscolatura del pavimento pelvico, l'allenamento con gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva può portare l'effetto desiderato.
- **Per il trattamento dell'atonia vescicale (dovuta a incontinenza da sforzo/da stress)** l'esercitazione del diaframma pelvico con gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva è parimenti adatta. Tuttavia l'atonia vescicale può riconoscere diverse cause. Altre cause della presenza di atonia vescicale devono quindi essere indagate ed escluse dal medico e/o dall'ostetrica.

5. Funzionamento

Il diaframma pelvico è una lamina muscolare piana ed elastica, avente grossomodo le dimensioni di un palmo della mano e situata tra osso pubico, coccige e tuberosità ischiatiche. Esso supporta gli organi interni nello spazio addominale. Il diaframma pelvico è attraversato da uretra, vagina e ano. Per via delle modificazioni/carenze ormonali che intervengono in gravidanza e nel parto, nel climaterio e nella menopausa, a causa di forti sollecitazioni fisiche o per il sovrappeso, può verificarsi iperestensione o indebolimento del diaframma pelvico. Le conseguenze possono essere atonia vescicale (incontinenza da sforzo /da stress) o malposizionamento degli organi nella cavità addominale. Il diaframma pelvico può tuttavia essere rafforzato, al pari di ogni altro muscolo, mediante l'allenamento. Un diaframma pelvico rafforzato può inoltre avere ripercussioni positive anche sul desiderio sessuale.

Gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva si compongono di un set di quattro ausili di peso diverso che consentono l'allenamento attivo del pavimento pelvico secondo il principio del biofeedback. Alla base del principio del biofeedback sta il fatto che il cono, a causa del suo stesso peso, scivola fuori dalla vagina. La muscolatura del pavimento pelvico reagisce attivamente contraendosi di continuo, spontaneamente ed autonomamente, per trattenere il peso. Queste contrazioni attive ripetute garantiscono lo sviluppo della muscolatura – proprio come l'allenamento dei muscoli con i manubri.

Grazie ai quattro diversi pesi, il set consente di aumentare l'intensità dell'allenamento attivo. Quando la muscolatura è in grado di sostenere un cono senza problemi, il peso dell'allenamento può essere aumentato. In questo modo, passando dal peso più leggero a quello più pesante, si ottiene un enorme aumento della forza muscolare. Un programma attivo con i supporti per l'allenamento del diaframma pelvico è sensato per le donne di ogni età. Esso serve in gravidanza e dopo il parto, per prevenire un indebolimento del diaframma pelvico e per aiutarne la rigenerazione. Inoltre, è adatto per lenire, risolvere o prevenire l'atonia vescicale (dovuta a incontinenza da sforzo/da stress) nelle donne, in particolare negli anni del climaterio e della menopausa.

6. Utilizzo

1. **Lavare** a fondo il ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva prima del primo utilizzo, osservando la massima igiene (p. es. lavarsi le mani).
2. **Testare** con quale cono iniziare l'allenamento:
Per farlo, prendere il **cono giallo (il più leggero)** e introdurlo lentamente e completamente per ca. 3-4 cm in profondità nella vagina, come si farebbe con un normale tampone.
 - Se si riesce a tenere il cono giallo per 10 minuti in posizione eretta e camminando, si può utilizzare il secondo cono più pesante (blu).
 - Se si è in grado di tenere anche il cono blu per 10 minuti, passare al peso successivo ecc.

3. **L'allenamento** con i coni può essere svolto anche semplicemente aumentando la durata d'indosso finché si riesca a tenere il cono appena utilizzato **due volte al giorno per oltre 10 minuti** in posizione eretta e camminando, facendo questo per più giorni consecutivi.

Aumentare a questo punto la percezione della propria muscolatura del diaframma pelvico, alternando contrazioni e distensioni della muscolatura, per far fuoriuscire il cono e per poterlo di nuovo reinserire.

Poi si può proseguire l'allenamento con il cono progressivamente più pesante (prima il blu, poi il verde e alla fine quello viola).

4. **Dopo alcune settimane** di allenamento quotidiano con gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva, si sarà appreso come gestire e allenare la muscolatura del diaframma pelvico senza l'utilizzo dei coni. A questo punto è consigliabile effettuare comunque degli esercizi occasionali di mantenimento con i coni (fino a un massimo di 10 settimane).

Consiglio: L'utilizzo di gel lubrificante medicale durante il training con gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva risulta utile in particolare in caso di secchezza vaginale.

7. Avvertenze per la sicurezza

-  Pulire a fondo gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo e osservare la

massima igiene (ad es. lavarsi le mani).

- ⚠ Controllare gli ausili per l'allenamento prima di ogni applicazione. Utilizzare solo coni in perfette condizioni. Un ausilio per l'allenamento che presenta graffi o danni superficiali può provocare lesioni.
- ⚠ In presenza di infezioni vaginali, infiammazioni, lesioni o disturbi dolorosi nell'area genitale, durante il ciclo mestruale o in presenza di una gravidanza difficile, si dovrebbe evitare di utilizzare i supporti per l'allenamento del diaframma pelvico.
- ⚠ In presenza di altri disturbi (come p. es. un abbassamento degli organi pelvici), prima di iniziare l'allenamento occorre escludere con una visita medica una causa diversa dalla debolezza della muscolatura del diaframma pelvico.
- ⚠ In caso di ipersensibilità nota e allergie a uno dei componenti citati, l'utilizzo dovrebbe essere evitato oppure dovrebbe avvenire previa consultazione con un medico.
- ⚠ Durante l'esercizio è possibile indossare pessari a coppa, anello anticoncezionale, diaframma o pessario intrauterino. Occorre però controllare il posizionamento di questi dispositivi prima e dopo l'allenamento (in caso di dubbio, consultare il medico).
- ⚠ I coni non possono essere utilizzati durante una radiografia, una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica tomografica (RMT).
- ⚠ Consultare un medico se i sintomi persistono o peggiorano.

-  Tutti gli eventi rilevanti verificatisi in relazione al prodotto devono essere comunicati al fabbricante e alle autorità competenti della nazione di residenza dell'utente.
-  La pulizia mediante sterilizzazione a vapore, a secco o bollitura non è idonea, poiché può comportare la deformazione del materiale.
-  Inserire con cautela il cono. L'uso improprio del cono può provocare lesioni all'imene o alla mucosa vaginale.
-  L'allenamento dovrebbe consistere al massimo in due sessioni di 10 minuti al giorno e non deve superare un periodo di 10 settimane per volta. Al termine delle 10 settimane si dovrà osservare una pausa dall'allenamento, cercando di percepire autonomamente il pavimento pelvico senza ausili e di avvertire consapevolmente i progressi dell'allenamento.

8. Conservazione, durata, stoccaggio e trasporto

Per la conservazione, lo stoccaggio e il trasporto non è necessario rispettare alcuna disposizione particolare. In condizioni di normale utilizzo, gli ausili per l'allenamento devono essere sostituiti dopo 5 anni.

9. Istruzioni per la pulizia e lo smaltimento

Dopo ogni utilizzo, pulire i supporti per l'allenamento del diaframma pelvico con acqua calda e sapone, oppure disinfettare i coni con un normale disinfettante cutaneo disponibile in commercio.

Prima di utilizzare nuovamente i supporti per l'allenamento

mento del diaframma pelvico, accertarsi che non vi siano residui di sapone o disinfettante e, se del caso, sciacquare a fondo.

Gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva possono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici.

Si prega di separare i singoli componenti della confezione e di conferirli al rispettivo sistema di riciclaggio.

Si prega di rispettare in tal senso le prescrizioni locali e regionali relative allo smaltimento.

10. Composizione del materiale

Gli ausili per l'allenamento dei muscoli del pavimento pelvico fase I attiva sono composti da:

- un nucleo in alluminio o acciaio rivestito di polipropilene e
- da un filo di poliammide rivestito in poliuretano

11. Spiegazione dei simboli utilizzati

	Produttore		Attenzione!
	Numero di lotto		Codice articolo
	Data di produzione		Dispositivo medico
	Rispettare le istruzioni per l'uso		

NL Bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief – Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze ELANEE bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief. De gebruiksaanwijzing helpt u, het product zo optimaal mogelijk te gebruiken. Lees de gebruiksaanwijzing – met name de gebruiks- en veiligheidsinstructies – vóór het eerste gebruik zorgvuldig door.

Voor vragen en suggesties kunt u altijd bij ons terecht!

Uw ELANEE-team

 Neem de gebruiksaanwijzing en de instructies op de verpakking in acht en bewaar deze!

Made in Germany

1. Werkingssfeer

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op het volgende product:

REF 701-00 ELANEE bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief

2. Product Inhoud

De bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief bestaat uit een set van vier tamponvormige kegeltjes met verschillende gewichten en kleuren:

Kleur	geel	blauw	groen	paars
Gewicht	20g	28g	52g	71g

Bovendien is een gebruiksaanwijzing en een oefenboekje bijgevoegd (D, GB, F).

3. Beoogd doeleind en beoogd gebruik

bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief zijn een set van vier even grote, in gewicht variërende tamponvormige conussen, voor het inbrengen in de vagina. De training helpt bij de preventie, de verzachting of het verhelpen (behandeling) van inspannings-/stressincontinentie die terug te voeren is op zwakke bekkenbodemspieren.

De training is geschikt voor vrouwen

- tijdens de zwangerschap en na de geboorte, ter vermindering van zwakke bekkenbodemspieren en ter ondersteuning van de regeneratie en/of
- ter preventie, verzachting en het verhelpen van een zwakke blaas op grond van inspannings-/stressincontinentie, in het bijzonder tijdens de overgang en de menopauze.

Het product is alleen bedoeld voor particulier huishoudelijk gebruik. De bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief zijn niet geschikt voor andere dan de beschreven doeleinden.

4. Toepassingsgebieden

- **Tijdens een probleemloze zwangerschap** kan een training met bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I de bekkenbodem sterker maken en eventuele latere problemen voorkomen.
- **Na de bevalling kunt u de training hervatten, zodra de baarmoedermond gesloten is (na een kraambedperi-**

ode van circa 6 weken). In geval van twijfel vraagt u uw arts of verloskundige om advies.

- Training met bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief kan succesvol zijn in gevallen van **ineffectieve niet-invasieve bekkenbodemtraining**, die eerder niet succesvol was vanwege onvoldoende gevoel in de bekkenbodemspieren.
- De bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief zijn ook geschikt **voor de behandeling van een door bekkenbodemzwakte veroorzaakte blaaszwakte (inspannings-/stressincontinentie)**. Echter, blaasproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Andere oorzaken van de huidige incontinentie moeten daarom vooraf worden uitgesloten door uw arts en/of uw verloskundige.

5. Functionaliteit

De bekkenbodem is een platte, elastische spierplaat ongeveer ter grote van een hand gesitueerd tussen het schaambeen, het stuitbeen en de zitbeenknobbels. Het ondersteunt de inwendige organen in de buikholte. De bekkenbodem wordt doorbroken door plasbuis, vagina en de anus. Door zwangerschap en bevalling, hormonale veranderingen of hormoon tekorten in de overgang of de menopauze, door zware lichamelijke inspanning of overgewicht kan een uitrekking of verzwakking van de bekkenbodem optreden. De gevolgen kunnen incontinentie (inspannings-/stressincontinentie) of een verkeerde positie van de organen in de buikholte zijn. De bekkenbodem kan echter net als elke andere spier door training sterker gemaakt worden. Een sterke bekken-

bodem kan bovendien een positieve invloed hebben op aangename sensaties.

De bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief zijn een set van vier conussen met verschillende gewichten voor een actieve bekkenbodemtraining volgens het biofeedback-principe. Het biofeedback-principe baseert op het feit dat de conussen op grond van hun eigengewicht uit de vagina glijden. De bekkenbodemspieren reageren hierop actief, door spontaan en zelfstandig steeds weer samen te trekken om het gewicht vast te houden. Deze herhaalde contracties zorgen voor de spieropbouw – vergelijkbaar met de spiertraining met halters.

Dankzij de vier verschillende gewichten kan de set worden gebruikt om de training steeds intensiever te maken. Zodra de spieren een kegeltje probleemloos kunnen vasthouden, kan het Trainingsgewicht worden verhoogd. Door de training op te bouwen van het lichtste naar het zwaarste gewicht, kan een grote verbetering van de spierkracht worden bereikt. Een actieve training met de bekkenbodem-trainingshulpjes is nuttig voor vrouwen van alle leeftijden. Het dient om tijdens de zwangerschap en na de bevalling verslapping van de bekkenbodemspieren te voorkomen en om het herstel te bevorderen. Bovendien is het geschikt om blaaszwakte (wegens inspannings-/stressincontinentie) te verminderen, te verhelpen of te voorkomen bij vrouwen, met name in de overgang en de menopauze.

6. Advies voor het toepassen

1. **Was** de bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief grondig voordat u ze voor het eerst gebruikt en zorg

voor hygiënische omstandigheden (bijv. handen wassen).

2. **Test** met welk kegeltje u de training wilt beginnen:

Daartoe brengt u het gele (lichtste) kegeltje langzaam, volledig en ongeveer 3-4 cm diep in de schede in (vergelijkbaar met het inbrengen van een tampon).

- Als u het gele kegeltje 10 minuten kunt vasthouden terwijl u staat en loopt, kunt u het blauwe, iets zwaardere kegeltje proberen.
- Als u ook het blauwe kegeltje 10 minuten kunt vasthouden, gaat u verder met het nog iets zwaardere gewicht, enz.

3. **De training** wordt uitgevoerd door elk kegeltje steeds iets langer te dragen, tot u het meerdere dagen achter elkaar staand of lopend **tweemaal per dag voor langer dan 10 minuten** kunt vasthouden.

U kunt het gevoel in uw bekkenbodem bewust vergroten door uw spieren afwisselend samen te trekken en te ontspannen en zo het kegeltje eruit te laten glijden en weer naar binnen te trekken.

Daarna kunt u verder trainen met het iets zwaardere gewicht (eerst blauw, dan groen en tenslotte paars).

4. **Na enkele weken** dagelijkse training met de bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief hebt u geleerd uw bekkenbodemspieren te waarnemen en te trainen zonder de kegeltjes te gebruiken. Het blijft echter aanbevolen om af en toe nog met de kegeltjes te oefenen (tot maximaal 10 weken).

Tip: Het gebruik van een medisch glijmiddel kan in geval van vaginale droogheid zinvol zijn voor de training met de ELANEE bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief.

7. Veiligheidsvoorschriften

-  Reinig uw bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief grondig voordat u ze voor het eerst gebruikt en ook na elk gebruik. Zorg voor hygiënische omstandigheden (bijv. handen wassen).
-  Controleer uw trainingshulpjes vóór ieder gebruik. Gebruik alleen onbeschadigde conussen. Een trainingshulpje met een bekrast of beschadigd oppervlak kan leiden tot letsel.
-  Bij vaginale infecties, ontstekingen, wondjes of pijnklachten in de schaamstreek, evenals tijdens de menstruatie en bij een problematische zwangerschap dient men de bekkenbodem-trainingshulpjes niet te gebruiken.
-  Bij andere klachten (bijv. verzakking van de bekkenorganen) dient u vooraf door een arts te laten uitsluitend dat deze niet een andere oorzaak hebben dan bekkenbodemzwakte, voordat u met de training begint.
-  In geval van een bekende overgevoeligheid en allergieën voor de genoemde ingrediënten, dient u van gebruik af te zien of het alleen in overleg met een arts te gebruiken.
-  Het dragen van een cervixkapje, anticonceptie, pessarium of spiraaltje is mogelijk tijdens de training. Wel moet gecontroleerd worden of deze nog

in de juiste positie zitten voor en na elke training (in geval van twijfel alleen na overleg met een arts).

-  De conussen mogen niet worden gebruikt tijdens het röntgen, een CT (computertomografie) of een MRI (magnetic resonance imaging).
-  Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden of verergeren.
-  Alle ernstige incidenten die zich in verband met het product voordoen, moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker is gevestigd.
-  De trainingshulpjes mogen niet worden gereinigd met stoom, droge hitte sterilisatie of uitkoken, omdat hierdoor het materiaal vervormd kan raken.
-  Breng de kegel voorzichtig in. Verkeerd gebruik van de kegel kan leiden tot letsel aan het maagdenvlies of vaginale slijmvlies.
-  De training mag uit maximaal twee sessies van 10 minuten per dag bestaan en mag niet langer dan 10 weken achter elkaar worden uitgevoerd. Neem aan het einde van de 10 weken een trainingspauze en probeer je bekkenbodem zelfstandig zonder hulpmiddelen waar te nemen en voel bewust de vooruitgang van je training.

8. Bewaring, houdbaarheid, opslag en transport

Voor de bewaring, de opslag en het transport moeten geen bijzondere maatregelen in acht worden genomen. Bij normaal gebruik dienen de trainingshulpjes na 5 jaar te worden vervangen.

9. Reinigings- en afvalverwijderingsinstructies

Reinig de trainingshulpjes na elk gebruik met water en zeep of desinfecteer de kegeltjes met een gangbaar ontsmettingsmiddel voor de huid.

Voordat de trainingshulpjes opnieuw worden gebruikt, moeten eventuele zeepresten of desinfectiemiddelresten grondig worden afgespoeld met water.

De bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief kunnen met het gewone huisvuil worden weggegooid.

De verschillende onderdelen van de verpakking a.u.b. sorteren en volgens het desbetreffende recyclingsstelsel afvoeren.

Neem daarbij de lokale en regionale afvalvoorschriften in acht.

10. Materiaal samenstelling

De bekkenbodem-trainingshulpjes Fase I actief bestaan uit:

- een kern van aluminium of staal met een omhulsel van polypropyleen en
- een polyamide koord met polyurethaan

11. Verklaring van de gebruikte symbolen

	Fabrikant		Let op!
	Batchnummer		Artikelnummer
	Productiedatum		Medisch hulpmiddel
	Neem de gebruiksaanwijzing in acht		

ES Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa- Instrucciones de uso

Estimada cliente:

¡Muchas gracias por haberse decidido por nuestra Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa! Estas instrucciones de uso le ayudarán a utilizar el producto de la manera más óptima posible. ¡Antes de utilizar la cura de ácido láctico ELANEE por primera vez, lea las instrucciones de uso atentamente, sobre todo las indicaciones de seguridad!

¡Estamos a su disposición para preguntas o sugerencias!

Su equipo ELANEE

 ¡Observar y conservar las instrucciones de uso y el embalaje!

Fabricado en Alemania

1. Ámbito de aplicación

Estas instrucciones de uso se aplican a los productos siguientes:

REF 701-00 Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico ELANEE - fase I activa

2. Contenido del producto

Las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa son un conjunto formado por cuatro conos en forma de tampón con distintos colores y pesos:

Colores	amarillo	azul	verde	violeta
Pesos	20g	28g	52g	71g

Se incluyen además las instrucciones de uso y un libro de ejercicios.

3. Finalidad prevista y uso previsto

Las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa son un conjunto formado por cuatro conos en forma de tampón y del mismo tamaño, pero con distintos pesos, que se introducen temporalmente en la vagina. El entrenamiento sirve para prevenir, atenuar (disminuir) o eliminar (tratamiento) la incontinencia de esfuerzo causada por un sistema muscular debilitado del suelo pélvico.

Este entrenamiento está concebido para las mujeres

- durante el embarazo y después del parto, para prevenir la debilidad del suelo pélvico y para contribuir a su regeneración y/o
- para prevenir, atenuar y eliminar la falta de control urinario debido a una incontinencia de estrés o de esfuerzo, especialmente durante la menopausia (el climaterio).

El producto está destinado a un uso particular en el hogar. Las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa no son adecuadas para ningún otro empleo distinto de los expuestos.

4. Campos de aplicación

- **Durante un embarazo sin problemas**, al ejercitarse con las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa puede fortalecer el suelo pélvico y prevenir futuros trastornos derivados.
- **Después del parto, en cuanto se cierre el cuello del**

útero (aproximadamente, una vez transcurrido el periodo de 6 semanas de puerperio), se puede empezar de nuevo con el entrenamiento. En caso de duda, póngase en contacto con su médico o matrona.

- **Si con un entrenamiento no invasivo de la musculatura del suelo pélvico no se han obtenido resultados** debido a la falta de percepción de la musculatura de esta zona, los ejercicios con las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa pueden tener el éxito esperado.
- **Como tratamiento de la falta de control urinario resultante de la debilidad del suelo pélvico (incontinencia de esfuerzo o de estrés)** también son adecuadas las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa. No obstante, la falta de control urinario puede tener diversas causas. Por eso, se debe consultar antes con un médico o matrona para excluir que la incontinencia existente se deba a cualquier otro origen.

5. Funcionamiento

El suelo pélvico está formado por una estructura de músculos plana, elástica y del tamaño de la palma de la mano situada entre el hueso púbico, el coxis y la tuberosidad isquiática. Sirve de apoyo a los órganos internos de la cavidad abdominal. El suelo pélvico está interrumpido por la uretra, la vagina y el ano. El suelo pélvico puede sufrir una distensión o debilitación como consecuencia del embarazo o el parto, por alteraciones o deficiencias hormonales en la menopausia, por intensos esfuerzos físicos o por obesidad. Los efectos pueden ser la falta de control urinario (la incontinencia de estrés o de esfuerzo) o posiciones

anormales de los órganos en la cavidad abdominal. Sin embargo, el suelo pélvico, como cualquier otro músculo, se puede fortalecer ejercitándolo. Un suelo pélvico firme puede, además, tener un efecto positivo sobre la sensación de placer sexual.

Las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa están formadas por un conjunto de cuatro pesas diferentes que permiten ejercitar activamente el suelo pélvico según el principio de biorretroalimentación. El principio de biorretroalimentación se basa en el hecho de que el cono, por su propio peso, se sale solo de la vagina. Los músculos del suelo pélvico, entonces, reaccionan activamente contrayéndose de forma autónoma, espontánea y repetida, con el fin de retener la pesa. Estas contracciones activas y reiteradas contribuyen al desarrollo muscular, de modo análogo a la musculación con mancuernas.

El juego, con las cuatro pesas diferentes, permite ir aumentando la intensidad del entrenamiento activo. Si la musculatura puede retener el cono sin problemas, se aumenta el peso de entrenamiento. Partiendo de la pesa más liviana hasta llegar a la más pesada se puede obtener un enorme incremento de la fuerza muscular. Es beneficioso para las mujeres de cualquier edad ejercitarse activamente con las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa. Durante el embarazo y después del parto, sirve para prevenir la debilidad del suelo pélvico y contribuye a su regeneración. También es adecuado para prevenir, atenuar y eliminar la falta de control urinario (debido a una incontinencia de estrés o de esfuerzo) para las mujeres, especialmente durante la menopausia (el climaterio).

6. Aplicación

1. **Lave** cuidadosamente las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa antes del primer uso y observe en general unas condiciones higiénicas (p. ej., lavándose las manos).
2. **Pruebe** con cuál cono va a empezar el entrenamiento: Para ello, tome el **cono amarillo (el más ligero)** e introdúzcalo en la vagina, por completo y lentamente, a una profundidad de 3-4 cm, igual que suele introducir un tampón.
 - Si puede retener el cono amarillo durante 10 minutos estando de pie y andando, puede utilizar el siguiente cono más pesado (el azul).
 - Si también puede retener el cono azul durante 10 minutos, pruebe la siguiente pesa, etc.
3. **El entrenamiento** con el cono ya lo está realizando con solo aumentar el tiempo en que lleva el cono correspondiente hasta poder llegar a retenerlo **dos veces al día durante 10 minutos**, de pie y andando, durante varios días sucesivos. Incremente de forma consciente el grado de percepción de la musculatura del suelo pélvico. Para ello contraiga y relaje estos músculos activa y alternativamente, para dejar que el cono se deslice hacia abajo y luego volver a retenerlo. Además, en el libro de ejercicios adjunto (en versión en alemán) encontrará otros ejercicios para entrenar el suelo pélvico con nuestros conos. Después puede continuar el entrenamiento con el cono siguiente en peso (primero el azul, luego el verde y, finalmente, el violeta).

4. **A las pocas semanas** de ejercitarse diariamente con las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa habrá aprendido a percibir y entrenar la musculatura del suelo pélvico sin necesidad de utilizar los conos. En todo caso, sigue siendo recomendable ejercitarse de vez en cuando usando los conos (hasta un máximo de 10 semanas).

Consejo: Al ejercitarse con las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa, el empleo de gel lubricante médico resulta de gran ayuda, especialmente en caso de sequedad vaginal.

7. Indicaciones de seguridad

-  Limpie cuidadosamente las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa antes del primer uso, así como después de cada aplicación y observe en general unas condiciones higiénicas (p. ej., lavándose las manos).
-  Compruebe las ayudas de entrenamiento antes de cada utilización. Utilice los conos únicamente si están en perfecto estado. Una ayuda de entrenamiento con arañazos o una superficie dañada puede llegar a causar lesiones.
-  En caso de infecciones vaginales, inflamaciones, heridas o molestias dolorosas en las partes íntimas, así como durante la menstruación y en un embarazo problemático debería prescindirse del uso de las ayudas de entrenamiento del suelo pélvico.
-  En caso de otros trastornos (como p. ej. el prolapso de los órganos pélvicos), antes de comenzar con el

entrenamiento, debe acudir primero a un médico para excluir cualquier otro origen distinto de la debilidad del suelo pélvico.

- ⚠ En caso de hipersensibilidad o alergias a alguno de los componentes mencionados debería prescindirse de la aplicación del producto o utilizarlo únicamente después de haber consultado a un médico
- ⚠ Durante el entrenamiento se pueden usar capuchones cervicales, anillo vaginal anticonceptivo, diafragma o un dispositivo intrauterino anticonceptivo. Pero el posicionamiento correcto debe comprobarse antes y después de cada entrenamiento (en caso de duda, hay que consultar con un médico).
- ⚠ Los conos no deben llevarse durante una radiografía, una tomografía computarizada (TC) o una tomografía por resonancia magnética (TRM).
- ⚠ Consultar a un médico si los síntomas persisten o se agravan.
- ⚠ Todo incidente grave que se haya producido durante la utilización del producto se deberá comunicar al fabricante y a las autoridades competentes del país en que resida el usuario.
- ⚠ El producto no es apto para la limpieza mediante esterilización en seco, al vapor o mediante hervido porque se puede deformar el material.
- ⚠ Inserte el cono con cuidado. Una manipulación incorrecta del cono puede provocar lesiones en el himen o en la mucosa vaginal.



El entrenamiento debe consistir en un máximo de dos sesiones diarias de 10 minutos y no debe realizarse durante más de 10 semanas seguidas. Al final de las 10 semanas, tómese un descanso del entrenamiento e intente percibir el suelo pélvico de forma independiente sin ayudas y sentir conscientemente el progreso de tu entrenamiento.

8. Conservación, caducidad, almacenamiento y transporte

Para la conservación, el almacenamiento y el transporte no hay que observar ninguna medida especial. En condiciones normales de uso, las ayudas de entrenamiento deberían reemplazarse a los 5 años.

9. Indicaciones de limpieza y de eliminación

Después de cada uso, lave las ayudas de entrenamiento con agua templada y jabón o desinfecte los conos con un desinfectante corriente.

Antes de utilizar de nuevo las ayudas de entrenamiento deberían aclararse bien con agua para eliminar cualquier residuo de jabón o desinfectante.

Las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa pueden eliminarse con los residuos domésticos.

Separar y clasificar los componentes individuales del embalaje y eliminarlos en el sistema de reciclaje correspondiente.

Para esto, observe las normas regionales y locales sobre la eliminación de residuos.

10. Composición del material

Las Ayudas de entrenamiento del suelo pélvico - fase I activa tienen los componentes siguientes:

- un núcleo de acero o de aluminio revestido de polipropileno y
- un hilo de poliamida recubierto de poliuretano

11. Explicación de los símbolos utilizados

	Fabricante		¡Atención!
	Número de lote		Número de artículo
	Fecha de fabricación		Producto sanitario
	Observar las instrucciones de uso!		

RU) Конусы для укрепления мышц тазового дна **Фаза I активная – Инструкция по применению**

Уважаемый покупатель,

благодарим за приобретение ELANEE Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная. Данная инструкция поможет использовать продукт оптимальным образом. Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по применению, уделяя особое внимание указаниям по использованию и безопасности.

Мы будем рады ответить на любые вопросы или выслушать предложения!

Ваша команда ELANEE

 Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по применению. Сохраняйте инструкцию и упаковку в течение всего времени использования изделия!

Произведено в Германии

1. Сфера применения

Данная инструкция по применению относится к следующему продукту:

REF 701-00 ELANEE Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная.

2. Содержимое упаковки

Комплект Конусы для укрепления мышц тазового дна Фаза I активная состоит из четырёх конусов, каждый из которых имеет различный цвет и вес:

Цвет	жёлтый	синий	зелёный	фиолетовый
Вес	20 г	28 г	52 г	71 г

Также в комплект входят инструкция по применению и брошюра с упражнениями (D, GB, F).

3. Назначение и применение

Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная — это комплект из четырех тампонообразных конусов одинакового размера,

но разного веса для временного введения во влагалище.

Тренировки с использованием конусов служат для предотвращения, уменьшения или устранения стрессового недержания мочи, вызванного ослаблением мышц тазового дна.

Тренироваться с конусами могут женщины

- во время беременности и после родов для предотвращения слабости мышц тазового дна и ускорения восстановления и/или
- для профилактики, уменьшения и устранения недержания мочи из-за нагрузки или стресса, связанного со снижением тонуса мышц тазового дна, особенно во время климакса и менопаузы.

Продукт предназначен только для бытового использования. Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I актив, не подходят для применения в целях, отличных от описанных здесь.

4. Область применения

- **В период беременности, протекающей без осложнений**, упражнения с применением Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная, допускаются в целях предотвращения ослабления мышц тазового дна и возможных последующих проблем.
- **После родов можно приступать к упражнениям для тренировки мышц тазового дна только после закрытия шейки матки (примерно через 6 недель**

после родов). При возникновении сомнений, пожалуйста, обратитесь к врачу или акушерке.

- **Если неинвазивные методы (занятия без тренажеров) не дали положительного результата** по причине невосприимчивости мышц тазового дна, желаемого эффекта помогут добиться упражнения с применением Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная.
- Упражнения с применением Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная, могут использоваться **для лечения атонии мочевого пузыря (стрессовое недержание мочи), возникшей из-за ослабления мышц тазового дна.** Однако атония мочевого пузыря может возникнуть по ряду других причин, поэтому ваш врач или акушерка должны предварительно исключить наличие каких-либо других причин возникновения атонии мочевого пузыря.

5. Эксплуатация

Тазовое дно - это плоская эластичная мышечно-сухожильная пластинка, размером приблизительно с ладонь, которая находится между лобковой костью, копчиком и седалищными буграми. Мышцы тазового дна поддерживают внутренние органы брюшной полости. Эти мышцы образуют сфинктеры уретры, ануса и входа во влагалище.

Беременность и роды, гормональная перестройка/ низкий уровень женских половых гормонов в климактерический период и во время менопаузы, а

также чрезмерные физические нагрузки и лишний вес могут привести к растяжению или ослаблению мышц тазового дна. Как следствие, может возникнуть атония мочевого пузыря (стрессовое недержание мочи) или неправильное положение органов в брюшной полости. Тем не менее, мышцы тазового дна можно укрепить, как и любые другие мышцы, с помощью упражнений. Сильные мышцы тазового дна могут способствовать наступлению сексуального удовлетворения.

Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная — это комплект из четырех конусов разного веса, позволяющих проводить активную тренировку тазового дна по принципу биологической обратной связи.

Принцип биологической обратной связи основан на том, что конус выскальзывает из влагалища под тяжестью собственного веса.

Мышцы тазового дна активно реагируют на это, многократно спонтанно сокращаясь, чтобы удержать конус.

Эти повторяющиеся активные сокращения обеспечивают наращивание мышечной массы — точно так же, как обычная тренировка с гантелями.

Комплект из четырёх конусов, имеющих различный вес, позволяет повышать интенсивность активных упражнений. Если мышцы в состоянии удерживать малый вес, переходят к конусу большего веса. Постепенно увеличивая вес, можно добиться значительных результатов по укреплению мышц.

Активные упражнения с применением конусов для укрепления мышц тазового дна рекомендуется выполнять женщинам любого возраста. Конусы используются во время беременности и после родов для профилактики ослабления мышц тазового дна и в целях восстановления. Кроме того, конусы используются для снижения интенсивности, устранения и профилактики атонии мочевого пузыря (вследствие стрессового недержания мочи) у женщин (особенно в климактерический период и во время менопаузы).

6. Применение

1. Перед первым применением тщательно **вымойте** ELANEE Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная, при этом соблюдайте правила личной гигиены (вымойте руки, проведите интимную гигиену).
2. **Определите**, с какого конуса Вам следует начать упражнения. Для этого введите самый лёгкий (жёлтый) конус во влагалище на 3-4 см (как обычно вводите тампон). Конусы перед введением смазывайте lubricantом.
 - Если Вы можете удержать жёлтый конус стоя и при ходьбе в течение 10 минут, можно использовать следующий, более тяжёлый конус (синий).
 - Если Вы можете удержать синий конус в течение 10 минут, перейдите к большему весу и т. д.
3. **Упражнения** с конусом Вы завершаете после того, как при увеличении времени использования

конуса он удерживается **два раза в день более 10 минут**, в положении стоя и при ходьбе, в течение нескольких дней подряд.

Целенаправленно увеличивайте восприимчивость мышц тазового дна, попеременно напрягая и расслабляя мышцы, так чтобы Вы могли перемещать и останавливать конус.

Затем аналогичное упражнение выполните с конусом следующего веса (сначала используется синий конус, затем зелёный и, наконец, фиолетовый).

4. **Через несколько недель** ежедневных упражнений с применением Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная, вы научитесь ощущать и тренировать мышцы тазового дна, не используя конусы, однако и в дальнейшем рекомендуется периодически использовать конусы для тренировки (не более 10 недель).

Совет: При тренировке с использованием конусов Фаза I активная, рекомендуем использовать медицинскую смазку, особенно при сухости влагалища.

7. Указания по безопасности

 Следует промыть Конусы для укрепления мышц тазового дна, Фаза I активная, перед первым использованием и после каждого использования, при этом соблюдайте правила личной гигиены (например, помойте руки).

 Внимательно осматривайте конусы перед

каждым применением. Использование конусов с поцарапанной или поврежденной поверхностью может привести к травмам.

-  При вагинальных инфекциях, воспалениях, травмах или болезненных ощущениях в области половых органов, во время менструации и проблемной беременности не следует использовать конусы для укрепления мышц тазового дна.
-  При наличии других проблем (например, опущение органов таза) необходимо перед началом упражнений обратиться к врачу, чтобы исключить иные причины, кроме ослабления мышц тазового дна.
-  В случае повышенной чувствительности и аллергии на один из указанных компонентов следует отказаться от применения конусов или использовать их только по согласованию с врачом.
-  Во время упражнений допускается использование контрацептивных колпачков, контрацептивных колец, диафрагмы или внутриматочной спирали. Тем не менее, необходимо проверять их правильное положение перед и после каждой тренировки (При возникновении сомнений проконсультируйтесь с врачом).
-  Запрещается пользоваться конусами во время рентгеновского обследования, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).

-  При стойких или ухудшающихся симптомах обратитесь к врачу.
-  Обо всех связанных с изделием значительных инцидентах следует сообщать изготовителю и соответствующим органам власти в той стране, в которой проживает пользователь.
-  Не применяйте стерилизацию конусов паром, сухую стерилизацию или кипячение, так как это может привести к деформации материала.
-  Осторожно вставьте конусы. Неправильное обращение с конусом может привести к повреждению девственной плевы или слизистой оболочки влагалища.
-  Тренировка должна состоять максимум из двух 10-минутных занятий в день и не должна проводиться более 10 недель подряд. По истечении 10 недель сделайте перерыв в тренировках и постарайтесь воспринять свое тазовое дно самостоятельно, без вспомогательных средств, осознанно ощущая прогресс в тренировках.

8. Хранение, срок годности, складирование и транспортировка

Особые условия хранения и транспортировки не требуются. При соблюдении правил хранения и использования срок годности 5 лет.

9. Указания по чистке и утилизации

Мойте конусы после каждого применения. Конусы следует мыть тёплой водой с мылом или обрабатывать с

помощью имеющегося в продаже дезинфицирующего средства для кожи.

Перед повторным использованием тщательно смойте водой остатки мыла или дезинфицирующего средства с конусов.

Конусы для укрепления мышц тазового дна Фаза I активная можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, рассортируйте компоненты упаковки и поместите в соответствующие контейнеры для мусора.

Соблюдайте местные и региональные предписания по утилизации.

10. Состав материала

Конусы для укрепления мышц тазового дна Фаза I активная включают в себя:

- Алюминиевый или стальной сердечник в полипропиленовой оболочке
- Полиамид, покрытый полиуретаном

11. Пояснение используемых символов

	Производитель		Внимание!
	Номер партии		Номер артикула
	Дата изготовления		Producto sanitario
	Соблюдайте инструкцию по применению		